



compras cadeado <compras201330@gmail.com>

Edital PE 9/2020 - ITEM 68 E 69

3 mensagens

Isamed Materiais Médico Hospitalares <isamedlicitacao5@outlook.com>
Para: "compras201330@gmail.com" <compras201330@gmail.com>

22 de maio de 2020 11:38

Bom dia

No edital de pregão eletrônico 9/2020, mais especificamente nos itens 68 e 69, vocês solicitam "máscara de venturi para oxigênio c/silicone "

Porém não existe máscara de venturi feita de silicone, pois é feito de PVC por ser um material descartável.

Favor verificar junto ao fundo municipal de saúde, e retificar esses itens.

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Larissa De Souza

Isamed Materiais Médicos Hospitalares LTDA-ME.

Orleans, Santa Catarina

CNPJ: 05.948.061/0001-07

(48) 3466-1269

compras cadeado <compras201330@gmail.com>
Para: Isamed Materiais Médico Hospitalares <isamedlicitacao5@outlook.com>


25 de maio de 2020 15:11

Boa Tarde

Foi verificado a questão junto a secretaria demandante, a mascara é em PVC, o silicone refere-se ao extensor que vai conectado ao oxigênio.

Att

Katieli Dalla Costa
Pregoeira



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Isamed Materiais Médico Hospitalares <isamedlicitacao5@outlook.com>
Para: compras cadeado <compras201330@gmail.com>

25 de maio de 2020 15:18

Agradeço os esclarecimentos.

Atenciosamente,

Larissa De Souza

Isamed Materiais Médicos Hospitalares LTDA-ME.



compras cadeado <compras201330@gmail.com>

Edital PE 9/2020 - ITEM 70

2 mensagens

Isamed Materiais Médico Hospitalares <isamedlicitacao5@outlook.com>
Para: "compras201330@gmail.com" <compras201330@gmail.com>

25 de maio de 2020 11:30

Bom dia

No edital de pregão eletrônico 9/2020, mais especificamente no item 70, vocês pedem " Óculos de Proteção com cordão de segurança,' porém temos sem o cordão de segurança, podemos cotar sem, consegue me informar. obrigada aguardo.

Atenciosamente,

Larissa De Souza

Isamed Materiais Médicos Hospitalares LTDA-ME.

Orleans, Santa Catarina

CNPJ: 05.948.061/0001-07


(48) 3466-1269

compras cadeado <compras201330@gmail.com>
Para: Isamed Materiais Médico Hospitalares <isamedlicitacao5@outlook.com>

25 de maio de 2020 15:14

A especificação do item pede o cordão de segurança, portanto a empresa deve entregar o item como está especificado no edital.

Att
Katieli Dalla Costa
Pregoeira



[Texto das mensagens anteriores oculto]